

प्रश्न सं. [क. 2496]

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्र. 2496 का प्रश्न 'ख' का परिशिष्ट 'अ' पेज-1  
 क्षेत्र- डॉ. राम विश्वेश डोगरे दिनांक 18/3/16/25/3/16 के.प्र. (4)

कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला अस्पताल हरदा म.प्र.

क्र./ डायलिसीस / 2016-17 / 2266

हरदा दिनांक 13/5/16

प्रति,

मुख्य महाप्रबंधक (तकनीकी)

मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विस कार्पोरेशन लिमिटेड

तिलहन संघ भवन, 01, अरेरा हिल्स, भोपाल ()

विषय:- डायलिसीस यूनिट जिला चिकित्सालय हरदा बंद होने के संबंध में।

- संदर्भ:-
1. कार्यालयीन पत्र क्र./2016/1886 हरदा दिनांक 01.04.2016
  2. पत्र क्र. /2016/2026 हरदा दिनांक 18.04.2016
  3. पत्र क्र. /2016/2110 हरदा दिनांक 30.04.2016
  4. पत्र क्र /2016-17/2233 हरदा दिनांक 11.05.2016

उपरोक्त विषय में लेख है कि जिला चिकित्सालय हरदा का डायलीसीस यूनिट, आर ओ टैंक वाटर में बैक्टीरिया पाजीटिव आ जाने के कारण 1 अप्रैल 2016 से बंद है। आज तक मशीन का लूप डिसइंफेक्शन डीसीडीसी हेल्थ सर्विस प्रायवेट लिमिटेड के टेक्नीशियन द्वारा कंपनी के मार्गदर्शन में तीन बार कराया जा चुका है। प्रत्येक बार डिसइंफेक्शन के बाद भी आर ओ टैंक का पानी बैक्टीरिया के लिए पाजीटिव आ रहा है। आज दिनांक 13.05.16 को चौथी बार टेक्नीशियन के द्वारा डिसइंफेक्शन कर वाटर कल्चर भेजा जा रहा है। उपरोक्त परिणामों से प्रतीत होता है कि डायलिसीस यूनिट में टेक्निकल कमी हो सकती है।

अतः आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों के माध्यम से पूर्व में भी डीसीडीसी हेल्थ सर्विस प्रायवेट लिमिटेड को इस संबंध में अवगत कराया जा चुका है।

Suey W 13.5.16

सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक  
जिला हरदा

क./ डायलिसीस / 2016-17 / 2267

हरदा दिनांक 13/5/16

प्रतिलिपि:-

संचालक (अस्पताल प्रसाशन) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ सतपुड़ा भवन म.प्र.  
भोपाल

Suey W 13.5.16

सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक  
जिला हरदा



16/7  
संयुक्त संचालक (अस्प. प्रशा.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
मध्यप्रदेश.

Shri Gauram  
Pls examine & put-up  
Dr. P. C. an  
priority to solve  
the issue.  
23/5

Copy to CS Head  
Copy to Director IIT  
Pl. Inform

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्र. 2496 का प्रस्ताव डा. को परिशिष्ट व 3  
 प्रश्न - डा. राम किशोर जोशी 9 दि: 18/7/16 / 25/7/16  
 5 प्र-1

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 2496 हेतु जानकारी

जिला चिकित्सालय हरदा में निम्न रोगियों को डायलिसिस सुविधा उपलब्ध कराई गई की

सूची:-

क्र.	मरीज का नाम	कार्यदिवस	दिनांक
1.	श्री संतोष अग्रवाल	9	09.03.2016, 11.03.2016, 16.03.2016, 21.03.2016, 17.05.2016, 25.05.2016, 09.06.2016, 11.06.2016, 18.06.2016
2.	आलिव खान	7	16.03.2016, 13.03.2016, 22.03.2016, 26.03.2016, 29.03.2016, 01.04.2016, 18.05.2016
3.	श्री दिवाकर उइके	1	10.03.2016
4.	श्री टी.पी पाटिल	1	24.03.2016

(घ) डायलिसिस मशीन की सुविधा प्राप्त करने वाले किसी भी रोगी को अन्य शासकीय व निजी चिकित्सालयों के लिए डिस्चार्ज नहीं किया गया।

Dr. Shaitesh S. Thakur

सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक

जिला हरदा 9.7.16

16/7  
 सयुक्त सचालक (अस्प. प्रश्न.)  
 सचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं  
 मध्य प्रदेश.