

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'इकतीस'

[9/3/2017]


परिशिष्ट – 'अ'

प्रश्न सं. [क. 5023]

संख्या	संस्था का नाम	उपकरण का नाम	कब से खराब है	सुझार के लिए की गई कार्यवाही
1	खान शाकिर अली खान चिकित्सालय, गेस राहत, भोपाल	Ultra Sonography Machine	जून 2016	क्य आदेश दिनांक 30.04.2013 को जारी किये गये। मशीन दिनांक 01.06.2013 को प्रदाय की गई तथा दिनांक 05.02.2014 को स्थापित की गई। वारण्टी के दौरान मशीन में तत्समय रिजोल्यूशन सही न होने के कारण प्रदायकर्ता कंपनी के पत्र क्रमांक – एसएसएमईडी/सीएचवी/आरपीआर/एल/602, दिनांक 02.09.2015 द्वारा रिलेसमेन्ट के लिये सहमति दी गई।
2		Optos Perimeter	01.09.2015	मरम्स लॉजिक सोल्यूशन, भोपाल को दिनांक 08.09.2015 को स्पेयर करने हेतु आदेश किया गया था किन्तु बार-बार निवेदन करने के बावजूद कंपनी के कर्मचारी मशीन ठीक करने नहीं आये पुनः मुख्य विकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गेस राहत के पत्र क्रमांक 1169 दिनांक 13.02.2017 के द्वारा सुधार कार्य हेतु आदेश जारी किया गया है।
3		Morgeon PFT Spirometer	01.04.2014	मशीन वर्ष-1988 में स्थापित की गई है। मशीन की लाइफ पूरी हो चुकी है। अत्याधिक पुरानी होने की वजह से स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध नहीं होने के कारण कंपनी द्वारा सुधार योग्य नहीं होना बताया है।
4		X-Ray Machine	06.10.2015	मशीन की एकम-ट्रॉब दिनांक 06.10.2015 को जल गई है, मशीन अनुपयोगी हो गई है। इसके स्थान पर दूसरी मशीन कार्यरत है। मरीजों को सुविधा मिल रही है।
5	पल्मोनरी मेडिसिन सेन्टर, गेस राहत, भोपाल	Ultrasound System Echo Color Doppler	जून 2016	मशीन जून 2016 से खराब है, इस उपकरण का वार्षिक रख-खाल अनुबंध हेतु आदेश जारी कर दिये गये हैं।
6		Morgeon PFT Spirometer	जुलाई 2016	मशीन वर्ष-1988 में स्थापित की गई है। मशीन की लाइफ पूरी हो चुकी है। अत्याधिक पुरानी होने की वजह से स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध नहीं होने के कारण कंपनी द्वारा सुधार योग्य नहीं होना बताया है।

नोट :

1. अधीक्षक, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय, गेस राहत के द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार उनके चिकित्सालय में कोई भी उपकरण खराब नहीं है।
2. अधीक्षक, इदिया गांधी महिला एवं बाल चिकित्सालय, गेस राहत के द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार उनके चिकित्सालय में कोई भी प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, मार्टर लाल मिंह चिकित्सालय, गेस राहत के अनुसार उनके चिकित्सालय में कोई भी उपकरण खराब नहीं है।
- 3.


 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
 M. शे.स राहत, भोपाल

1	कमला नेहरू हाईक्रियलय, गोस राहत, भोपाल	Whole Body Spiral C.T.Scan machine with Automatic Film Processor & Multiformat Camera	02.04.2015	मशीन की निर्माता / प्रदायकर्ता कंपनी मरस्स विप्रो जी.ई. न्यूडेकल सिस्टम के द्वारा लिखित में दिया गया है कि मशीन सुधार योग्य नहीं है क्योंकि सीटी यूनिट के अधिकातर पार्ट्स उपलब्ध नहीं हैं। कार्यालयीन पत्र क्रमांक 635 दिनांक 19.05.2015 के माध्यम से भोपाल मेमोरियल अस्पताल में मरीज की आवश्यकतानुसार सी.टी. स्कैन हेतु रिकर किया जाता है, जहाँ मरीजों का सी.टी.स्कैन किया जा रहा है।
2				शासन द्वारा लिए गये निर्णय अनुसार सी.टी.स्कैन की सुविधा आउट-सोर्स के माध्यम से की जानी है जिसके लिए टेडर की प्रक्रिया उपरान्त थानीय सी.टी.स्कैन करने वाले संस्थानों को पंजीकृत कर सुविधा उपलब्ध कराई जानी है। इस हेतु वयन प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है तथा निर्णय हेतु शासन को प्रस्तुत की गई है।
3				विक्रितात्मक में उपलब्ध 10 मशीनों में से 09 मशीनों से निय-प्रतिदिन मरीजों का डॉपलरिस्तिस किया जा रहा है। मात्र 01 मशीन के सुधार कार्य हेतु विक्रितात्मक द्वारा मशीन की निर्माता कंपनी को कार्य आदेश क्रमांक 3137 दिनांक 21.07.2016 जारी किया गया है तथा दूसरा भी संपर्क किया गया है। पार्ट्स के उपलब्ध होते ही मशीन पुनः बालू हो जायेगा।
4				मशीन में कोई सापेटवेयर की समस्या है जिसके निराकरण हेतु इस कार्यालय द्वारा मशीन की निर्माता कंपनी मेसर्स फिलिप्स को दिनांक 13.02.2017 को लिखा गया है। कंपनी ने मशीन का निरीक्षण किया सुधार कार्य शीघ्र किया जायेगा। कंपनी को एमसी का आदेश दे दिया गया है।
5				मशीन के आउट-कट-ऑफ में समस्या होने के कारण स्थानीय सुधारकर्ताओं से संपर्क निरर्तर किया गया है, परन्तु इस हेतु आवश्यक पार्ट्स उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।
6				इस एक मॉनीटर के सुधार कार्य के लिए मशीन की प्रवाहकर्ता कंपनी को दिनांक 11.01.2017 को पत्र प्रेषित किया गया है। अन्य मॉनीटर निरन्तर क्रियाशील है।
				मशीन की निर्माता कंपनी मेसर्स ऑलिम्पस, गुडगेव को कार्यालय के पत्र क्र. 424 दिनांक 16.02.2017 से मशीन के अवलोकन तथा सुधारकार्य करने हेतु लिखा गया है।

अधिकारी
कमला नेहरू चिकित्सालय
/ 1